



Capital Stock / Capital Social : 200 000 000DA

المؤسسة الوطنية الاعتماد والمراقبة التقنية
NATIONAL SURVEY AND INSPECTION COMPANY
ENTREPRISE NATIONALE D'AGREAGE ET DE CONTROLE TECHNIQUE

Certifiée ISO 9001 Version 2008
Accréditée CEI / ISO 17020-Version 2012

Client : HIGHTEM

OBJECT:

Faisant suite à la demande du gérant de l'entreprise HIGHTEM pour le contrôle technique d'autoclave de marque HIGHTEM model MEGA 450 DV

Le soussigné Inspecteur agissant dans le cadre des dispositions obligatoires imposées par la réglementation en vigueur, déclare avoir procédé au contrôle technique de l'autoclave

AFFAIRE:



Vérification	Contrôle technique
Lieu de visite	Mosta
Date de visite	18 octobre 2019
Etaient présents	Inspecteur ENACT : M. A. BERREHAL



Capital Stock / Capital Social : 200 000 000DA

المؤسسة الوطنية للامتداد والمراقبة التقنية
NATIONAL SURVEY AND INSPECTION COMPANY
ENTREPRISE NATIONALE D'AGREAGE ET DE CONTROLE TECHNIQUE

Certifiée ISO 9001 Version 2008
Accréditée CEI / ISO 17020-Version 2012

Documentation de référence

Les normes de références: dispositif médicale 93/42/CEE du 14/06/93

Directives basse tension 73/23/CE 93/68/CE

La décision DM-T/P N°24386 du 31/01/91

Description

Autoclave double portes
MEGA 450 DV



Page 3 sur 5

Document désigné a la société HIGH HOSPITAL TECHNOLOGY MEDICAL MOSTAGANEM

Site Web : www.hightem-dz.com

Tel/Fax :00213 45356426



Capital Stock / Capital Social : 200 000 000DA


المؤسسة الوطنية للتحديد والمراقبة التقنية
NATIONAL SURVEY AND INSPECTION COMPANY
ENTREPRISE NATIONALE D'AGREAGE ET DE CONTROLE TECHNIQUE
Certifiée ISO 9001 Version 2008
Accréditée CEI / ISO 17020-Version 2012

UR-ORAN
TECH-CRS-APE

CLIENT : HIGHTEM

ADRESSE : MOSTAGANEM

RAPPORT DE CONTROLE TECHNIQUE



contrôle réglementaire de sécurité des APE
Décret exécutif : 01-342 du 28 octobre 2001

Vérification : GARMOUTI Abdelkrim

Effectuée Du : 18 OCTOBRE 2018

Lieu de Visite : MOSTAGANEM

Rapport N° : 3C. /01/URO/2019

Réalisé par Mr : BERRAHAL.A

Date d'envoi :

Ce rapport comporte : ...05 pages



Validé par Mr : GARMOUTI Abdelkrim

« La présente validation se limite à la vérification de la cohérence de ce rapport. Elle n'inclut d'aucune manière la véracité ni l'authenticité des faits relatés et des résultats qui y sont repris. »



Version : 00

Unité Régionale d'Oran
18 Bd EMIR AEK Oran
Tél. : 041 36 14 33 ou 041 36 14 29
Fax: 041 36 14 36 Ou 041 236 14 32
E-mail : enact_dro@yahoo.fr

Document désigné à la société HIGH HOSPITAL TECHNOLOGY MEDICAL MOSTAGANEM

Site Web : www.hightem-dz.com

Tel/Fax : 00213 45356426



Capital Stock / Capital Social : 200 000 000DA

المؤسسة الوطنية للإعتدال والمراقبة التقنية

NATIONAL SURVEY AND INSPECTION COMPANY
ENTREPRISE NATIONALE D'AGREAGE ET DE CONTROLE TECHNIQUE

Certifiée ISO 9001 Version 2008

Accréditée CEI / ISO 17020-Version 2012

CARACTERISTIQUES : autoclave double portes			
Constructeur	Volume	Model	Année de fabrication
HIGHTEM	450 litres	MEGA 450 DV	2019
Electricité	Origine	Accessoires	Commande
380 volts	HIGHTEM Algérie	Pompe à vide Compresseur d'air	Numérique

Conclusion :

Le contrôle technique de l'équipement nous a permis de constater qu'il est conçu conformément aux normes de référence et les directives

En foi de quoi, et sous les plus expresses réserves utiles, nous avons rédigé et clos le présent rapport au mieux de nos connaissances sincères et véritables pour servir et valoir ce que de droit

Fait à ORAN, le 20 /10 /2019.

Inspecteur : ENACT A. BERREHAL



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**DIRECTION DE LA PROTECTION
DU PATRIMOINE**

PROCES VERBAL D'EPREUVE
Appareils à pression de vapeur

Epreuve effectuée le : 30 Octobre 2014 à : Hassi Mamache Lieu : Wilaya Mostaganem
À réprouver avant : 30 Octobre 2024

Nom et adresse de la Société ayant demandé l'épreuve: Hight Hospital Technology Medical (HIGHTEM), Brarik Hassi Mamache- Mostaganem	Etablissement où l'épreuve a été faite : HIGHTEM, Brarik Hassi Mamache- Mostaganem
Etablissement auquel l'appareil est affecté ou destiné : Client industriel	Nom et qualité du vérificateur avant l'épreuve:

Caractéristiques de l'appareil

Nom et Adresse du Constructeur : HIGHTEM Lieu de Construction : Mostaganem – Algérie Code Construction : EN 13445-3 Type de l'appareil : autoclave à vapeur 450 (cuve) N° d'Ordre de Fabrication : HT_FB001/2013 Année de fabrication : 2013 Nature du fluide contenu : Eau	Longueur : 1500 mm Diamètre : 558 mm Epaisseur : 6 mm Nature du métal : inox 1.4404 (316L) Pression de timbre : 2.2 Bars Radiographie : Non Traitement thermique : Non
--	---

Déroulement des Essais


Fluide utilisé : **Eau**
Température : **Ambiant**
Moyens de lecture : **KL.1.6/ 0-10 bars**
Etalonnés le : **10/11/2013**

Observations

ESSAI CONCLUANT

Pression d'Epreuve : 4.4 Bars
Durée des essais : 60 minutes

Pression Maximale de Service : 2.2 Bars

Visa Société HIGHTEM	EXPERT DPPEM	Enregistrement	Visa du S/Directeur SDSC/PI
NOM : M. BOUDEBZA	NOM : S. ADJERAD	N° : 52	NOM : L. BOUNADJAT
Qualité : Directeur	SIGNATURE :	DATE :	SIGNATURE :
SIGNATURE :	 30/10/2014	02 NOV 2014	
			

Document désigné a la société HIGH HOSPITAL TECHNOLOGY MEDICAL MOSTAGANEM

Site Web : www.hightem-dz.com

Tel/Fax :00213 45356426



Réf. : 213 /DIR/CCID/17

Mostaganem, le : 04/10/2017

ATTESTATION D'ORIGINE

Nous soussignés, Directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Dahra- Mostaganem. Attestons que **EURL HIGH HOSPITAL TECHNOLOGY**, sise à HASSI MAMAACHE Zone d'activités, titulaire du registre de commerce N°06B0162698-01/27 Du 27/04/2012 est adhérente à la CCI du Dahra. dans le N°I034 et ce, depuis 02/08/2012 exerce selon les codes (105702) l'activité de fabricant de :

Fabriquant des produits para-pharmaceutiques, matériels appareils et instruments médicaux-chirurgicaux qui sont d'origine Algérienne

L'attestation a été délivrée suite à la demande de l'entreprise avec l'appui d'un dossier fourni et ce, pour leur permettre de soumissionner les produits objet appel d'offre national

Le Directeur

CCI DAHRA MOSTAGANEM - Adr. : Palais Consulaire 01, Av. BenyahiaBelkacem - BP : 99 RP - 27000
Mostaganem - Algérie

Tél. : 045.41.30.40 Fax : 045.41.30.41 Email : contact@ccidahra.com Web : www.ccidahra.com